คู่มือการใช้งาน

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์มือหมุน

PS11(C),PS11(D),PS11(DP),PS11(A),PS11(AP),PA11(E),PS11(EP),PS11(PP),PS11,PS12,PS13(A),PS13,PS16(A),PS16(B),PP006

คำแนะนำความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติส่งผลให้ผู้ใช้แลหรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งานให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและกลไกทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หากสินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งานโปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงานเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายเตียง:

1. เตียงผู้ป่วยมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะห้องผู้ป่วย และใช้เตียงในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักหัว-ท้ายเตียงถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และล็อคอย่างแน่นหนาก่อนใช้
3. งานเตียงมีระบบล็อคล้อ ก่อนใช้เตียง ให้ทดสอบตัวล็อคล้อเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคถูกต้อง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากเตียง กรุณาล็อคล้อเสมอ
4. โปรดจำไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานล็อคล้ออย่างถูกต้องแล้ว แต่พื้นผิวบางส่วน (พื้นที่ลาดหรือพื้นไม้) จะทำให้เตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้สภาวะบางประการ ผู้ดูแลจะต้องประเมินการใช้เตียงบนพื้นผิวประเภทนี้อย่างระมัดระวัง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยมีล้อล็อคอยู่ในระบบล็อคล้อ

ควรกระจายน้ำหนักตัวบนพื้นเตียงให้เท่าๆ กัน ห้ามนั่งหรือพิงในลักษณะที่น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บนส่วนพนักพิงหลังหรือส่วนปรับงอเข่า รวมถึงเมื่อปรับตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกของเตียง

1. ไม่อนุญาตให้ใช้เตียงมากกว่า 2 คนต่อ 1 เตียง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ห้ามใช้งานเมื่อมีการทำงานผิดปกติ หรือ อุปกรณ์เสริมประกอบเตียงไม่พร้อมใช้งาน

ไกร์มือหมุน

ไกร์ด้านหัวเตียง สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา โดยการปรับระดับขึ้นเป็นการหมุนวนตามเข็มนาฬิกา และการปรับระดับลงเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งไกร์ปรับระดับด้านหัวเตียงจะอยู่ทางด้านขวามือของผู้บริบาล และมีมือหมุนที่สามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ไกร์ด้านขาเตียง สามารถปรับระดับยกงอเข่าสูงได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา โดยการปรับระดับขึ้นเป็นการหมุนวนตามเข็มนาฬิกา และการปรับระดับลงเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งไกร์ปรับระดับด้านขาเตียงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้บริบาล และมีมือหมุนที่สามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ไกร์ด้านสูง-ต่ำ ตัวเตียงสามารถปรับความสูง ขึ้น-ลงได้ โดยมีระบบไกร์หมุน ซึ่งมือหมุนสามารถพับเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ราวกั้นเตียง

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

ห้ามใช้แรงบังคับราวกั้นเตียงลง ถ้าไม่ได้ปลดล็อกราว

ระบบล้อและระบบล็อค

ล็อคและปลดล็อคล้อโดยจะต้องใช้เท้าเหยียบ หากตัวเหยียบอยู่ในแกนเฉียงลงฝั่งขวามือโดยการหันหน้าเข้ากับล้อแสดงว่าล้อมีการปลดล็อคล้อ และตัวเหยียบเฉียงลงซ้ายมือ แสดงว่าล้อมีการล็อคล้อ

วิธีการติดตั้งหัว-ท้ายเตียง

หัว-ท้ายเตียง สามารถถอดออกได้ โดยยกขึ้นหัว-ท้ายขึ้นเพื่อทำการถอดออกจากตัวเตียงผู้ป่วย และหากจะทำการติดตั้ง ทำได้โดยเสียบเข้าไปในตำแหน่งที่ถอดออก

เงื่อนไขการเก็บรักษา

1. อุณหภูมิ ： 5℃~40℃
2. ความชื้นสัมพัทธ์ 30%〜75%
3. ความกดอากาศ 700hPa〜1060hPa
4. สภาพแวดล้อมโดยรอบ:ไม่มีสารกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง สื่อไวไฟและวัตถุระเบิด

การทำความสะอาด

- ไกรมือหมุน ควรหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่น ในทุกๆ 2 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เสาน้ำเกลือและราวกั้นเตียงทำมาจากสแตนเลส ควรใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาด
- หมั่นตรวจสอบชิ้นส่วนของเตียงอยู่เป็นประจำ หากเกิดการชำรุด จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงที
- การเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสแตนเลสห้ามใช้ กรดไฮโดรคลอริค โดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดที่นอนควรเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือนำไปผึ่งแดด ห้ามซักโดยเด็ดขาด