คู่มือการใช้งาน

เตียงผู้ป่วยสามัญ รุ่น PP014

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติส่งผลให้ผู้ใช้และหรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งานให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและกลไกทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หาก สินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งานโปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายเตียง:

1. เตียงผู้ป่วยมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะห้องผู้ป่วย และใช้เตียงในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักหัว-ท้ายเตียงถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และล็อคอย่างแน่นหนาก่อนใช้
3. เตียงผู้ป่วยมีระบบล็อคล้อ ก่อนใช้เตียง ให้ทดสอบตัวล็อคล้อเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคถูกต้อง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากเตียง กรุณาล็อคล้อเสมอ
4. โปรดจำไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานล็อคล้ออย่างถูกต้องแล้ว แต่พื้นผิวบางส่วน (พื้นที่ลาดหรือพื้นไม้) จะทำให้เตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้สภาวะบางประการ ผู้ดูแลจะต้องประเมินการใช้เตียงบนพื้นผิวประเภทนี้อย่างระมัดระวัง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยในขณะล้อเตียงอยู่ในระบบล็อคล้อ

การทำความสะอาด

- หมั่นตรวจสอบชิ้นส่วนของเตียงอยู่เป็นประจำ หากเกิดการชำรุด จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงที
- การเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสแตนเลสห้ามใช้ กรดไฮโดรคลอริค โดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดที่นอนควรเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือนำไปผึ่งแดด ห้ามซักโดยเด็ดขาด