คู่มือการใช้งาน

รถเข็นนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คำแนะนำเบื้องต้น

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งาน ให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หาก สินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย:

1. รถเข็นนอนมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะห้องผู้ป่วย และใช้เตียงในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวกั้นเตียงถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และล็อคอย่างแน่นหนาก่อนใช้งาน
3. รถเข็นนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีระบบล็อคล้อ ก่อนใช้เตียง ให้ทดสอบตัวล็อคล้อเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคถูกต้อง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากเตียง กรุณาล็อคล้อเสมอ
4. โปรดจำไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานล็อคล้ออย่างถูกต้องแล้ว แต่พื้นผิวบางส่วน (พื้นที่ลาดหรือพื้นไม้) จะทำให้รถเข็นสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้สภาวะบางประการ ผู้ดูแลจะต้องประเมินการใช้เตียงบนพื้นผิวประเภทนี้อย่างระมัดระวัง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายรถเข็นนอนขณะล้ออยู่ในโหมดล็อค

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เตียงหักและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย :

ควรกระจายน้ำหนักตัวบนพื้นเตียงให้เท่าๆ กัน ห้ามนั่งหรือพิงในลักษณะที่น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บนส่วนพนักพิงหลัง รวมถึงเมื่อปรับตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายรถเข็น

1. ไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นมากกว่า 2 คนต่อ 1 คัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ห้ามใช้งานเมื่อมีการทำงานผิดปกติ หรือ อุปกรณ์เสริมประกอบเตียงไม่พร้อมใช้งาน

เงื่อนไขการอุณหภูมิการเก็บรักษา

ใช้สำหรับห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใต้อุณหภูมิระดับ -10℃~40℃

การทำความสะอาด

*คำแนะนำ** ทำความสะอาดทันทีหลังจากใช้งานเสร็จด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล (ที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นสารกัดกร่อน)และ/หรือใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหมาดๆในการเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง หลังจากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด และ เก็บรักษาในห้องที่มีอุณหภูมิและความชื้นปกติเมื่อไม่ได้ใช้งาน