คู่มือการใช้งาน

รถเข็นผู้ป่วย

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งาน ให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของรถเข็นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หาก สินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งาน โปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย:

1. อย่าลืมใส่เบรกแม้จะหยุดรถครู่หนึ่ง ให้เบรกเป็นนิสัย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้ระบบเบรกมือ(ถ้ามี) และระบบล็อคล้อหลังได้ ก่อนใช้งาน
3. รถเข็นไม่สามารถหยุดกะทันหันได้ ดังนั้นอย่าเร่งความเร็วขณะอยู่บนพื้นที่ลาดชัน หรือเสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วย
4. กรณีเข็นเข้าช่วงบริเวณพื้นที่โค้งหักศอก ให้ลดความเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นพลิกคว่ำ
5. ก่อนเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตรวจสอบให้แน่ว่า เท้าผู้ป่วยอยู่บนแผ่นที่พักเท้าเรียบร้อยแล้ว
6. กรุณาตรวจสอบความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ หากผู้ป่วยหรือผู้ใช้งานรถเข็นได้รับความรู้สึกไม่ปลอดภัย ควรขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เตียงหักและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย :

1. ไม่อนุญาตให้ใช้งานรถเข็นมากกว่า 2 คนต่อ 1 คัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ห้ามใช้งานเข็นเมื่ออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
3. ห้ามใช้เพื่อการออกกำลังกายความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย
4. หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุของแข็งชนหรือกระแทก ของโครงสร้างหรือล้ออย่างรุนแรง
5. เมื่อกรณีไม่ได้ใช้งานรถเข็น สามารถพับเก็บได้

6. เมื่อมีการเคลื่อนย้าย ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการเกิดกรณีผู้ป่วยพลาดตกรถเข็น ควรแนะนำให้ผู้ป่วยคาดเข็มขัดนิรภัย
7. ห้ามใช้รถเข็นในการนั่งอาบน้ำ เนื่องจากเบาะอาจอับชื้นและเป็นเชื้อราได้ หากรถเข็นมีกการเปียกน้ำควร ตากให้แห้งทันที ก่อนใช้งานอีกครั้ง

เงื่อนไขการอุณหภูมิการเก็บรักษา

เก็บรถเข็นไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงน้ำมัน กรด ด่าง และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

โปรดหลีกเลี่ยงห้ามใช้รถเข็นเพื่ออาบน้ำ ตากรถเข็นให้แห้งหลังจากเปียก

การตรวจสอบสภาพการใช้งาน

- ควรตรวจสอบระบบเบรกทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การใช้งาน ทุก ๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี
- โปรดหลีกเลี่ยงแสงแดดและฝน

การทำความสะอาด

ระมัดระวังและรักษาโครงรถเข็นให้สะอาดอยู่เสมอ สามารถใช้ผงซักฟอกทั่วไป ในการทำความสะอาดได้ แต่หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ควรเช็ดให้แห้งทันที