คู่มือการใช้งาน

เตียงตรวจภายใน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน:

1. เตียงตรวจนรีเวช ใช้เฉพาะภายในอาคาร โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเท่านั้น
2. เตียงตรวจนรีเวช ใช้เพื่อตรวจภายในและทำหัตถการผู้ป่วยทางนรีเวช รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 Kg.
3. ไม่อนุญาตให้ใช้งานสินค้าผิดประเภท นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ตามที่เอกสารระบุ
4. การใช้งานควรอยู่ในภายใต้การดูแลของบุคลากรทางแพทย์เท่านั้น
5. ไม่ควรใช้งานเตียงตรวจนรีเวช เมื่อมีอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเตียงหลัก มีอาการชำรุด หรือเกิดความผิดปกติระหว่างการใช้งาน

การปรับระดับ

1. ควรปรับระดับส่วนพนักพิง ส่วนรองขา และ ขาหยั่ง ให้เหมาะสมกับสรีระผู้ป่วย และการตรวจวินิจฉัยของแพทย์
2. หลังจากปรับระดับส่วนพนักพิง และ ส่วนรองขา ควรตรวจสอบระบบล็อคฟันปลาก่อนทุกครั้ง ก่อนให้ผู้ป่วยทิ้งน้ำหนักตัว
3. หลังจากปรับระดับขาหยั่ง ควรตรวจสอบเกลียวล็อคปรับระดับให้แน่น ก่อนใช้งาน

วิธีการบำรุงรักษา

- ควรใส่น้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่อข้อต่าง ๆ ของเตียงหรือจุดปรับระดับฟันปลา
- ทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงประจำทุก ๆ เดือน

วิธีการทำความสะอาด

- ควรทำสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อตามโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลกำหนดทันทีหากไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานเสร็จแล้ว
- การทำความสะอาดที่นอนควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อน
- การเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสแตนเลสสามารถทำความสะอาดโดยน้ำอุ่น ห้ามใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกรดไฮโดรคลอริค โดยเด็ดขาด