คู่มือการใช้งาน

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์มือหมุน

PS01(A),PS01(AP),PS01(D),PS01(DP),PS01(E),PS01(EP),PS01(EP),PS01(PP),PS02(PP),PS02,PS03(A),PS03,PS05,PS07(A),PS08,PP002,PP007,PP019(A)

ข้อมูลอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งาน

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย การใช้งานผิดวิธีอาจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

- กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญ หรือทางผู้ขายก่อนใช้สินค้า ถ้าผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใจคำเตือน, คำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
- กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งานสินค้าหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

คำแนะนำเบื้องต้น

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติส่งผลให้ผู้ใช้และ/หรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งานให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและกลไกทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หาก สินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งานโปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายเตียง:

1. เตียงผู้ป่วยมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะห้องผู้ป่วย และใช้เตียงในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักหัว-ท้ายเตียงถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และล็อคอย่างแน่นหนาก่อนใช้
3. งานเตียงมีระบบล็อคล้อ ก่อนใช้เตียง ให้ทดสอบตัวล็อคล้อเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคถูกต้อง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากเตียง กรุณาล็อคล้อเสมอ

4. โปรดจำไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานล็อคล้ออย่างถูกต้องแล้ว แต่พื้นผิวบางส่วน (พื้นที่ลาดหรือพื้นไม้) จะทำให้เตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้สภาวะบางประการ ผู้ดูแลจะต้องประเมินการใช้เตียงบนพื้นผิวประเภทนี้อย่างระมัดระวัง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยมีล้อล็อคอยู่ในระบบล็อคล้อ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เตียงหักและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย :

ควรกระจายน้ำหนักตัวบนพื้นเตียงให้เท่าๆ กัน ห้ามนั่งหรือพิงในลักษณะที่น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บนส่วนพนักพิงหลังหรือส่วนปรับงอเข่า รวมถึงเมื่อปรับตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกของเตียง

1. ไม่อนุญาตให้ใช้เตียงมากกว่า 2 คนต่อ 1 เตียง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ห้ามใช้งานเมื่อมีการทำงานผิดปกติ หรือ อุปกรณ์เสริมประกอบเตียงไม่พร้อมใช้งาน

ไกร์มือหมุน

ไกร์มือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย:

- เมื่อไม่มีผู้ดูแลควรใช้ปรับเตียงและที่นอนให้อยู่ในตำแหน่งที่ราบเรียบ (ยกเว้นคำสั่งหรือความต้องการจากแพทย์ / พยาบาล) และปรับเตียงให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดทันที

  หมุน

ราวกั้นเตียง

ห้ามใช้แรงบังคับราวกั้นเตียงลง ถ้าไม่ได้ปลดล็อกราว

ระบบล้อและระบบล็อค

โปรดอย่าใช้แรงดันหรือผลักเตียงในขณะที่เตียงกำลังอยู่ในโหมดล็อก

วิธีการติดตั้งหัว-ท้ายเตียง

- โปรดอย่าใช้แรงดันหรือดึงพนักหัว-ท้ายเตียงเมื่อยังไม่ได้ปลดสลักล็อก
- เมื่อติดตั้งหัว-ท้ายแล้ว ก่อนใช้งานให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างถูกต้องและแน่นหนา

เงื่อนไขการเก็บรักษา

1. อุณหภูมิ ： 5℃~40℃
2. ความชื้นสัมพัทธ์ 30%～75%
3. ความกดอากาศ 700hPa～1060hPa
4. สภาพแวดล้อมโดยรอบ:ไม่มีสารกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง สื่อไวไฟและวัตถุระเบิด

การทำความสะอาด

- ไกรมือหมุน ควรหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่น ในทุกๆ 2 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เสาน้ำเกลือและราวกั้นเตียงทำมาจากสแตนเลส ควรใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาด
- หมั่นตรวจสอบชิ้นส่วนของเตียงอยู่เป็นประจำ หากเกิดการชำรุด จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงที
- การเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสแตนเลสห้ามใช้ กรดไฮโดรคลอริค โดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดที่นอนควรเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือนำไปผึ่งแดด ห้ามซักโดยเด็ดขาด