คู่มือการใช้งาน

เตียงผู้ป่วย (สำหรับเด็ก) รุ่น PP020(A)

คำแนะนำเบื้องต้น

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

การใช้งานสินค้าที่มีชิ้นส่วนที่เสียหายอาจทำให้ทำงานผิดปกติส่งผลให้ผู้ใช้และหรือผู้ดูแลได้รับบาดเจ็บ หลังจากประกอบสินค้าและก่อนใช้งานให้ทดสอบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเตียงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและปลอดภัย หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและกลไกทั้งหมดอีกครั้ง แล้วทดสอบอีกครั้ง หาก สินค้าเกิดการทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อซ่อมแซม

ตรวจสอบความเสียหายของอุปกรณ์เสริมประกอบการใช้งานและกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและทดสอบเบื้องต้นก่อนใช้งานโปรดระวังอย่าให้อุปกรณ์การใช้งานเสียหายหรือผิดปกติในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน/เคลื่อนย้ายเตียง:

1. เตียงผู้ป่วยมีไว้เพื่อเคลื่อนย้ายเฉพาะห้องผู้ป่วย และใช้เตียงในอาคารเท่านั้น
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักหัว-ท้ายเตียงถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง และล็อคอย่างแน่นหนาก่อนใช้
3. งานเตียงมีระบบล็อคล้อ ก่อนใช้เตียง ให้ทดสอบตัวล็อคล้อเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคถูกต้อง เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกจากเตียง กรุณาล็อคล้อเสมอ
4. โปรดจำไว้ว่า ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานล็อคล้ออย่างถูกต้องแล้ว แต่พื้นผิวบางส่วน (พื้นที่ลาดหรือพื้นไม้) จะทำให้เตียงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายใต้สภาวะบางประการผู้ดูแลจะต้องประเมินการใช้เตียงบนพื้นผิวประเภทนี้อย่างระมัดระวัง
5. ห้ามเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์โดยมีล้อล็อคอยู่ในระบบล็อคล้อ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เตียงหักและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย :

ควรกระจายน้ำหนักตัวบนพื้นเตียงให้เท่าๆ กัน ห้ามนั่งหรือพิงในลักษณะที่น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บนส่วนพนักพิงหลังหรือส่วนปรับงอเข่า รวมถึงเมื่อปรับตำแหน่งหรือเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกของเตียง

1. ไม่อนุญาตให้ใช้เตียงมากกว่า 2 คนต่อ 1 เตียง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
2. ห้ามใช้งานเมื่อมีการทำงานผิดปกติ หรือ อุปกรณ์เสริมประกอบเตียงไม่พร้อมใช้งาน

ราวกั้นเตียง

- ห้ามใช้แรงบังคับราวกั้นเตียงลง หากยังไม่ได้ปลดล็อกราว
- หากจำเป็นต้องปล่อยผู้ป่วยไว้เพียงลำพัง กรุณายกราวกั้นเตียงขึ้น ทั้ง 2 ฝั่ง และทำการล็อค เพื่อป้องกันการพัดตกจากเตียง

ระบบล้อและระบบล็อค

โปรดอย่าใช้แรงดันหรือผลักเตียงในขณะที่เตียงกำลังอยู่ในโหมดล็อก

เงื่อนไขการเก็บรักษา

1. อุณหภูมิ ： 5℃~40℃
2. ความชื้นสัมพัทธ์ 30%～75%
3. ความกดอากาศ 700hPa～1060hPa
4. สภาพแวดล้อมโดยรอบ:ไม่มีสารกัดกร่อนที่แข็งแกร่ง สื่อไวไฟและวัตถุระเบิด

การทำความสะอาด

- ไกรมือหมุน ควรหล่อลื่นด้วยสารหล่อลื่น ในทุกๆ 2 เดือน เพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เสาน้ำเกลือและราวกั้นเตียงทำมาจากสแตนเลส ควรใช้น้ำอุ่นในการเช็ดทำความสะอาด
- หมั่นตรวจสอบชิ้นส่วนของเตียงอยู่เป็นประจำ หากเกิดการชำรุด จะสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงที
- การเช็ดทำความสะอาดในส่วนของสแตนเลสห้ามใช้ กรดไฮโดรคลอริค โดยเด็ดขาด
- การทำความสะอาดที่นอนควรเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือนำไปผึ่งแดด ห้ามซักโดยเด็ดขาด