คู่มือการใช้งาน

เสาน้ำเกลือ

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย

กรุณาอย่าใช้งานสินค้าหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ โดยไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำการใช้งานที่มาพร้อมกับตัวฉลากสินค้า หากท่านไม่เข้าใจคำเตือน ข้อควรระวัง หรือคำแนะนำ โปรดติดต่อทางบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้เชี่ยวชาญ ก่อนมิฉะนั้น อาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อได้

- โปรดตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนใช้งานเสมอ
- ไม่ควรใช้งานหากสินค้าเกิดชำรุด หรือเกิดความผิดปกติขณะใช้งาน
- ตะขอแขวน สามารถรับน้ำหนักรวมได้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
- ห้ามดัดแปลงหรือนำอะไหล่อื่น ๆ มาซ่อมเองโดยที่ยังไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัทผู้ผลิต

ข้อควรระวังในการใช้งาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายขณะใช้งาน:

1. ไม่ควรใช้งานเสาน้ำเกลือในพื้นที่ลาดเอียง หรือ พื้นที่ไม่ราบเรียบ
2. เสาน้ำเกลือ ใช้สำหรับแขวนถุงน้ำเกลือ สารละลาย สารอาหารทางการแพทย์เท่านั้น
3. (ตะขอแขวน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน ข้างล่ะ 5 kg.)
4. ไม่ควรออกกำลังกาย หรือ เดินเร็ว ขณะใช้งานเสาน้ำเกลือ
5. ควรสมดุลน้ำหนักการแขวนถุงของเหลวกับตะขอ
6. ควรตรวจสอบตะขอก่อนแขวนถุงของเหลว และตรวจสอบอีกครั้งหลังแขวน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
7. ไม่อนุญาตให้ใช้งานสินค้าผิดประเภท นอกเหนือจากข้อบ่งใช้

การปรับระดับสูง-ต่ำ

1. ควรปรับระดับให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
2. หลังจากปรับระดับ ควรตรวจสอบเกลียวล็อคปรับระดับก่อนใช้งาน (ควรหมุนเกลียวล็อคปรับระดับให้แน่น หากหมุนล็อคไม่แน่น อาจทำให้เกิดการลดระดับแบบฉับพลัน ในขณะแขวนถุงของเหลวได้)

วิธีการทำความสะอาด

- สามารถใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น และบิดหมาดๆในการเช็ดทำความสะอาดได้
- ไม่ควรใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนให้การทำความสะอาด