



Equipment

1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	

Procedure

0	ผู้สอนแจ้งมี Ventricular Tachycardia
1	ผู้สอนปรับหรือบอกให้ปรับกำลังไฟฟ้าของเครื่อง Defibrillator 100 J (ถ้าใช้กำลังไฟสูงหรือต่ำกว่านี้ถือว่าไม่สมบูรณ์)
2	ปรับ Synchronize mode on ยก paddle แจ้งมา gel กดปุ่มที่ paddle 2 ข้างพร้อมกัน
3	วาง paddle บนอกของผู้ป่วยที่ตำแหน่ง apex และที่ sternum (right upper parasternal area) โดย peddle ของ sternum ต้องวางบนด้านขวาของ sternum ไม่วางบน sternum
4	บอกคนรอบข้าง clear / กอยห่างออกจากหุ่น กดปุ่มที่ peddle 2 ข้างพร้อมกัน ทำ defibrillator ให้หึคคะแนน
5	ผู้สอนแจ้งว่ายังมี ventricular tachycardia
6	ผู้สอนคลำได้ชีพจรที่ carotid pulse โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที (ถ้าหุ้คคลำชีพจรไม่ได้ ให้ผู้ช่วยแจ้งว่า คลำชีพจรไม่ได้)
7	ผู้สอนวัดหรือขอ BP ผู้สอนปรับหรือบอกให้ปรับกำลังไฟฟ้าของเครื่อง Defibrillator เพิ่มขึ้นเป็น 150-200 J
8	ผู้สอนทำขึ้นตอนที่ 2-8 ซ้ำอย่างสมบูรณ์
9	ผู้สอนตอบหรือแสดง คลำ pulse แจ้งวัด blood pressure

