

Services : ตรวจเช็คประสิทธิภาพ



LASER PARTICAL COUNTER

สำหรับตรวจจับฝุ่นละอองได้ถึงขนาดเล็กที่สุดที่ 0.3 ไมครอน ใช้สำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองในตู้ปลอดเชื้อ ว่าได้เกณฑ์ตามมาตรฐานหรือไม่



THERMO ANEMOMETER

เป็นเครื่องตรวจวัดแรงลม ว่าตู้ปลอดเชื้อที่ใช้งานอยู่มีแรงลมได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าลมอ่อนแสดงว่า HEPA FILTER มีการอุดตันเกิดขึ้น ให้ติดต่อบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป



ANEMOMETER

เป็นเครื่องตรวจวัดแรงลม ว่าตู้ปลอดเชื้อที่ใช้งานอยู่มีแรงลมได้ตามมาตรฐานหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วแรงลมจะต้องอยู่ระหว่าง 80 - 120 ฟุต / นาที ถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



ULTRAVIOLET METER

เป็นเครื่องตรวจวัดแสงจาก หลอด UV. ตรวจวัดทดสอบแล้วว่าแสง UV. ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกตู้ได้