



สัญญาณเตือนความผิดปกติ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)

ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94%
(ค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน)
ค่าชีพจร น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที
หรือมากกว่า 130 ครั้ง/นาที คือผิดปกติ



วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน วัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบหนีบนิ้ว
ปลอดภัยสูงด้วยเทคโนโลยีการวัดด้วยแสงแม่เหล็กไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด



CMS50D

ตรวจได้ที่บ้าน

ได้รับรองจากการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
ผ่านมาตรฐาน FDA และ CE มีใบเซอร์รับรอง
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

%SpO2
blood oxygen
saturation

PRBPM
Pulse
monitoring

PI
perfusion
index

PR
Respiratory
frequency

CDG Computer Peripheral
and Supplies Ltd.

244 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : (66) 0-2322-9535, 0-2722-4040 Fax : (66) 0-2322-7990
www.cps.co.th • www.facebook.com/cps.co.th

