

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต้นฉบับ
MASTER



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการของกทม.
ฝั่งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020

วิธีปฏิบัติงาน

(WORK INSTRUCTION)

เรื่อง การให้เลือดขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หมายเลขเอกสาร WI-HD01-011 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	<i>sea sky</i>	25 เม.ย. 2556
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	<i>✓ A</i>	26 เม.ย. 2556
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	<i>✓ A</i>	26 เม.ย. 2556

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

FM-DCC01-003 Rev.00

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ
ของกทม. ส่งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
RATCHAPHIPHAT HOSPITAL

หมายเลขเอกสาร
WI-HD01-011

วิธีปฏิบัติงาน
WORK INSTRUCTION

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00
วันที่บังคับใช้ : 26 ส.ย. 2556

หน้า
1/2

เรื่อง การให้เลือดขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อทดแทนเม็ดเลือดและฮีโมโกลบิน สำหรับผู้ป่วยที่ซีด
- 1.2 เพื่อทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือด

2. ขอบเขต

- ไม่มี

3. นิยามศัพท์

- ไม่มี

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยไตเทียม

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

- 5.1 เลือดที่มีหมู่เลือดตรงกันกับผู้ป่วย
- 5.2 ชุดให้เลือด ซึ่งมีกระเปาะพักเลือดมีถุงกรองเลือดอยู่ภายใน

6. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ

- 6.1 ล้างมือให้สะอาด
- 6.2 ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวของผู้ป่วยให้ตรงกับผู้ป่วยที่จะได้รับเลือด
- 6.3 ตรวจสอบชนิดของเลือด หมู่เลือด หมายเลขของเลือดที่ป้ายข้างถุงเลือด วันที่หมดอายุ พร้อมทั้งลงบันทึก หมู่เลือด หมายเลขเลือด จำนวน วันเวลาที่ให้ โดยการตรวจสอบ 2 คน พร้อมลงชื่อผู้ให้ในแผ่นบันทึกการทำ Hemodialysis และในแผ่นบันทึกการให้ยาและการพยาบาล
- 6.4 นำชุดให้เลือดมาต่อเข้ากับถุงเลือด บีบที่กระเปาะให้เลือดไหลเข้าประมาณ 2/3 ส่วน หรือตามรอยขีดที่กำหนดไว้
- 6.5 นำชุดที่ต่อเข้ากับถุงเลือดต่อเข้ากับสายทางแยกให้น้ำเกลือของสายส่งเลือดก่อนเข้าตัวปั๊มเลือด
- 6.6 เปิด clamp ที่ส่วนบนของสายให้เลือดและที่สายแยกให้น้ำเกลือ
- 6.7 ปรับอัตราการหยดของเลือดตามความเหมาะสม
- 6.8 วัตถุประสงค์ก่อน ขณะ และหลังให้เลือด สังเกตอาการแพ้เลือด เช่น มีไข้ มีผื่นแดงตามตัว

CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำด้านบริการ ของกทม. ฝั่งกรุงธนใต้ ภายในปี 2020	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร RATCHAPHIPHAT HOSPITAL		หมายเลขเอกสาร WI-HD01-011
	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่บังคับใช้ : 26 เม.ย. 2556	หน้า 2/2
เรื่อง การให้เลือดขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม			

เกณฑ์ชี้วัด

1. เลือดที่ให้ถูกต้องตรงกับผู้ป่วย
2. ผู้ป่วยมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้น

7. เอกสารอ้างอิง

- ไม่มี

8. บันทึก

- ไม่มี

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

